



## Norma de la mascarilla UNE0064 , EN14683

Norma de la mascarilla UNE0064 , EN14683

Mascarilla higiénicas no reutilizables

Ensayos Criterio de aceptación

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)

(apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)  $\geq 95$

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm<sup>2</sup>)

(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)  $< 60$

mascarilla  
higiénica

**CONFECCIONADO EN ALBACETE (ESPAÑA)**